

信息与电子工程学院实验室安全卫生检查 简 报

2019 年 6 期（总 8 期）

信电学院实验室安全工作小组 2019 年 10 月 30 日


2019 年 10 月 29 日，学院安全工作小组对信电楼、微电子楼和行政楼的实验室进行了安全卫生检查。检查中发现的一些安全隐患、卫生问题，请相关老师督促实验室学生尽快整改。
以下是本次检查情况通报：

楼宇	房间号	实验室责任人	存在隐患
信电楼	101	董树荣	实验室卫生差 门未锁，无人
信电楼	125	董树荣	插线板串接 实验室卫生差 门开无人
信电楼	415	于慧敏	三个插线板串接
信电楼	531	余辉	化学试剂存放不规范
微电子楼	303		卫生差 存放化学试剂


信电楼 101:



信电楼 125:



信电楼 415:



信电楼 531:



微电子楼 303:

